

X 医药手术室理论考试题库附答案

1. 高压灭菌器灭菌效果微生物监测最可靠的方法是 ()

A 微生物学测试

B 物理测试法

C 化学测试法

D 指示胶带测试

E 指示卡测试

2. 清洗后的器械、器具和物品消毒处理首选 ()

A 75%乙醇

B 酸性氧化电位水

C 机械热力消毒

D 纯化水

E 超声波

3. 过氧化氢等离子体低温灭菌温度为 ()

A. 45~65℃

B 45~55℃

C 40~60℃

D. 35~45℃

E 25~35℃

4. 感染性废物特征为 ()

A 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等

B 过期、淘汰、变质或被污染的废弃的药品

C 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的物品

D 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

E 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

5、被患者血液、体液、排出物污染的物品属于（ ）

A 感染性废物

B 病理性废物

C 损伤性废物

D 药物性废物

E 化学性废物

6、手术及其他治疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等属于（ ）

A 感染性废物

B 病理性废物

C 损伤性废物

D 药物性废物

E 化学性废物

7、儿童负极板有效面积（ ）

A 50cm²

B、129cm²

C 65cm²

D 120 cm²

E 100cm²

8、成人负极板有效面积是（ ）

A 50cm²

B 129cm²

C 65cm²

D 120 cm²

E 100cm²

9、使用高频电刀时心电图电极离手术部位____以上（ ）

A.10cm

B 15cm

C 20cm

D 25cm

E 30cm

10 使用高频电刀时患者与金属床之间要有____厚的绝缘层（ ）

A 10cm

B 8cm

C 6cm

D 4cm

E 2cm

11、高频电刀双极电凝的最大输出是（ ）

A、 250Hz

B、 200Hz

C、 150Hz

D、 100Hz

E 50Hz

12 眼科手术显微镜灯宜选用____（ ）

A 白炽灯

B 卤素灯

C 氙灯

D 氦灯

E 紫灯

13 电动调节式手术床充电需_____ ()

A、 12h

B、 10~12h

C、 8~10h

D, 6~8h

E, 4~6h

14 止血带上于距离手术部位_____ ()

A、 5--10cm

B 10—15cm

C 10—20cm

D 15—20cm

E 15—25cm

15 止血带上肢压力不超过 ()

A 80kpa

B 60kpa

C 40kpa

D 80pa

E 40pa

16 止血带下肢压力不超过_____ ()

A 80kpa

B 60kpa

C 40kpa

D 80pa

E 40pa

17 继续使用止血带，需间隔时间为__（ ）

A 5-10min

B 10-15min

C 15-20min

D 20-25min

E 25-30min

18 止血带需要在工作中提前停机排气时（ ）

A 直接拔除电源线

B 直接拔除充气导管

C 直接拔除止血带接头

D 先按放气开关

E 直接松开止血带

19 择期手术术前访视时间为____（ ）

A 术前 3 日

B 术前 2 日

C 术前 1 日

D 手术当日

E 手术前

20_ ____不属于手术中护理目的（ ）

- A 减轻患者焦虑、恐惧感
- B 保障手术顺利进行
- C 制定围术期护理计划
- D 提供手术过程中需要的物品
- E 降低手术后伤口感染率

21 ____不符合手术体位摆放原则（ ）

- A 防止肢体受压
- B 充分暴露手术野
- C 远端关节低于近端关节
- D 防止体位术中移动
- E 保持患者正常的呼吸、循环功能

22 ____常引起肩胛上神经损伤（ ）

- A 平卧位
- B 截石位
- C 坐位
- D 俯卧位
- E 侧卧位

23 手术患者仰卧位时双手外展角度____（ ）

- A $\leq 100^\circ$
- B $\leq 90^\circ$
- C $\leq 80^\circ$
- D $\geq 90^\circ$
- E $\geq 100^\circ$

24 器械护士与巡回护士最少清点器械_ ____（ ）

A 1 次

B 2 次

C 3 次

D 4 次

E 5 次

25 手术间限制参观人数为__ __ ()

A 5 人

B 4 人

C 3 人

D 2 人

E 1 人

26 连台手术间自净时间为 ____ ()

A 60min

B 50min

C 40min

D 30min

E 20min

27 减慢或停止输血，用____维护静脉通路 ()

A 代血浆

B 低渗溶液

C 高渗溶液

D 生理盐水

E 血液制品

28 溶血反应发生后_ ____h 遵医嘱测血清胆红素含量 ()

A 1-2

B 2-3

C 3-4

D 4-6

E 5-7

29 血液取回后置室温下不超过____h ()

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

30 血液输完后的空袋保存____h ()

A 8

B 10

C 12

D 24

E 36

31 血袋保留在____ ()

A 4℃的冰箱

B 0℃的冰箱

C 冷冻保存

D 室温保存

E 不限制

32 ____不属于手术室护士应急的技能培训的内容 ()

- A 心肺复苏技术
- B 急危重患者的急救技术
- C 突发事件的应急预案
- D 自然灾害和意外事故下的自救互救技术
- E 手术室护理人员的应急能力和反应速度

33 手术中突然停电的应急流程为_____（ ）

- A 停电→上报→查找原因→应急电灯(或启动二路电源)→观察病情→关闭各仪器参数→来电后重新调整仪器参数→记录停电过程及患者情况
- B 停电→应急电灯(或启动二路电源)→查找原因→观察病情→关闭各仪器参数→来电后重新调整仪器参数→记录停电过程及患者情况→上报
- C 停电→观察病情→查找原因→应急电灯(或启动二路电源)→关闭各仪器参数→来电后重新调整仪器参数→记录停电过程及患者情况→上报
- D 停电→查找原因→应急电灯(或启动二路电源)→观察病情→关闭各仪器参数→来电后重新调整仪器参数→记录停电过程及患者情况→上报
- E 停电→查找原因→关闭各仪器参数→应急电灯(或启动二路电源)→观察病情→来电后重新调整仪器参数→记录停电过程及患者情况→上报

34 护理人员最常见的职业事故为_____（ ）

- A 针刺伤
- B 化学药物损伤
- C 物理性损伤
- D 社会因素
- E 心理因素

35 利器盒装满_____后应及时更换并移去（ ）

- A 1/2
- B 1/3
- C 2/3
- D 3/4
- E 4/5

36 医务人员因针刺后损伤、接触受污染的血，感染乙肝的危险性为_____（ ）

A 10%~20%

B 20%~40%

C 2%~40%

D 2%~30%

E 20%~30%

37 预防 HIV 传播最经济、方便、有效的方法是_____（ ）

A 洗手

B 手消毒

C 戴手套

D 穿隔离衣

E 戴口罩或防护眼罩

38. 高压蒸汽灭菌后的灭菌包，在干燥情况下存放的有效期为：（ ）

A.12 日

B 14 日

C.16 日

D.18 日

E.20 日

39.对芽孢作用甚弱的化学消毒灭菌剂是：（ ）

A.0.1%新洁尔灭

B 过氧乙酸

C.40%甲醛

D.环氧乙烷

E.戊二醛

40.碘酊消毒的手术部位是（ ）

A.颜面部

B.供皮区

C.脐部

D.阴囊布

E.以上都是

41. 全身麻醉患者清醒前最危险的意外及并发症是（ ）

A.呕吐物窒息

B.体温过低

C.坠床

D.引流管脱落

E. 意外损伤

42. 为心跳呼吸骤停的病人行心肺复苏时首先应（ ）。

A.心前区叩击

B.心脏按压

C.口对口人工呼吸

D.清理呼吸道

E.心内注射

43. 成人胸外心脏按压时，应使胸骨下陷（ ）。

A.1~2cm

B.2~3cm

C.3~4cm

D.5~6cm

E.大于 6cm

44. 心脏复苏药物，首选（ ）

A.肾上腺素

B.去甲肾上腺素

C.异丙基肾上腺素

D.阿托品

E.利多卡因

45. 上臂上止血带不可扎在（ ）

A.中上 1/3 处

B.中下 1/3 处

C.中上 1/2 处

D.中下 1/2 处

46. 下列应先急救的损伤是（ ）

A.包膜下脾破裂

B.严重脑挫裂伤

C.窒息

D.休克

E.出血

47. 下列哪种化学消毒灭菌剂不能杀灭芽胞（ ）。

A.碘酊

B.过氧乙酸

C.戊二醛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018051111111006033>