



全套)

(说明：本文为 word 格式，下载后可自由编辑)

## 目录

一、单项选择题(40 题)

二、多项选择(60 题)

三、填空题(54 题)

四、判断题(56 题)

五、简答题(15 题)

一、单项选择题(40 题)

1、三级医院血液透析室的负责人应当由具备以上专业技术职务任职资格的执业医师担任。（C）

A 初级

B 中级

C 副高

D 正高

2、二级医院及其他医疗机构血液透析室的负责人应当具有以上专业技术职务任职资格的执业医师担任。（B）

A 初级

B 中级

C 副高

D 正高

3、三级医院血液透析室护士长应由具备一定透析护理工作经验的以上专业技术职务任职资格的注册护士担任。（B）

A 初级

B 中级

C 副高

D 正高

4、二级医院血液透析室护士长应由具备一定透析护理工作经验的以上专业技术职务任职资格的注册护士的担任。（A）

A 初级

B 中级

C 副高

D 正高

5、血液透析室每名护士每班负责治疗和护理的患者应相对集中，且数量不超过多少名透析患者。（C）

A 3 名

B 4 名

C 5 名

D 6 名

6、医疗机构设置血液透析室，应当经批准并进行执业登记后，方可开展血液透析工作。（A）

A 地方卫生行政部门

B 工商部门

C 税务部门

D 医学会

7、血液透析室应当根据设备要求定期对水处理系统进行冲洗消毒，并定期进行水质检测。每次冲洗消毒后均应，确保安全。（B）

A 监测水中细菌量

B 测定管路中消毒液残留量

C 测定管路压力

D 不需要测定任何项目

8、血液透析室应当建立严格的接诊制度，对所有初次透析的患者进行乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒、艾滋病病毒感染的检查，

每复查 1 次。（C）

A 月

B 季度

C 半年

D 年

9、部门应当建立血液透析室工作人员岗位规范化培训和考核制度，加强继续教育，提高血液透析室工作人员的业务技术水平。（C）

A 县级卫生行政

B 市级卫生行政

C 省级卫生行政

D 省级疾病控制

10、血液透析室使用的消毒药械、一次性医疗器械和器具应当符合国家有关规定。一次性使用的医疗器械、器具（A）

A 不得重复使用

B 可以重复使用

C 部分贵重的可以重复使用，但必须进行严格的消毒灭菌

D 应进行可回收利用

11、血液透析治疗单位负责人对复用人员的负责。（A）

A 技术资格

B 晋升

C 安全

D 防护

12、透析液水处理系统的消毒程序应包括冲洗系统的。(D)

A 入口部分

B 出口部分

C 管路部分

D 所有部分

13、血液复用用水细菌和内毒素的污染程度检测应在进行水质检测。

(D)

A 血液透析器

B 复用系统处

C 排水管处

D 血液透析器与复用系统连接处或尽可能接近此处

14、血液透析器复用用水细菌水平不得超过 100CFU/ml, 干预限度为。

(C)

A 20CFU/ml

B 30CFU/ml

C 50CFU/ml

D 100CFU/ml

15、透析器复用用水内毒素含量不得超过 EU/ml。(A)

A 0.25EU/ml

B 2EU/ml

C 3EU/ml

D 4EU/ml

16、血液透析复用用水的水质细菌学、内毒素最初检测时间应为检测  
1

次。(B)

A 每天

B 每周

C 每月

D 每季

17、血液透析复用用水的常规细菌学检测应 1 次。(C)

A 每天

B 每周

C 每月

D 每季

18、血液透析复用用水的常规内毒素检测应至少 1 次。(D)

A 每天

B 每周

C 每月

D 每季

19、透析室复用间应设有紧急冲洗水龙头，确保复用工作人员一旦被  
化学物质飞溅损伤时能即刻有效地冲洗。(A)

A 眼部

B 口腔

C 鼻腔

D 耳朵

20、血液透析器复用：（D）

A 可用于不同的患者

B 经彻底消毒可用于不同的患者

C 无使用次数限制

D 只能用于同一患者

21、透析结束后的复用血液透析器，如有特殊情况，2 小时内不准备处置的血液透析器可在冲洗后冷藏，但之内必须完成血液透析器的消毒和灭菌程序。（B）

A 12 小时

B 24 小时

C 36 小时

D 48 小时

22、复用血液透析器应使用标准的水冲洗和清洁血液透析器的血室和透析液室，包括反超滤冲洗。（B）

A 酸性水

B 反渗透水

C 碱性水

D 纯净水

23、复用血液透析器整体纤维容积（TCV）检测：检测血液透析器的 TCV，复用后 TCV 应大于或等于原有 TCV 的。（D）

A20%

B30%

C50%

D80%

24、对血液透析器进行消毒和灭菌时，血液透析器应注满消毒液，消毒液的浓度至少应达到规定浓度的。（C）

A70%

B80%

C90%

D95%

25、采用半自动复用程序，低通量血液透析器复用次数应不超过。（A）

A5 次

B6 次

C7 次

D8 次

26、采用半自动复用程序，高通量血液透析器复用次数不超过次。（C）

A5 次

B8 次

C10 次

D20 次

27、采用自动复用程序，低通量血液透析器推荐复用次数不超过次。

C)

A5 次

B8 次

C10 次

D20 次

28、采用自动复用程序，高通量血液透析器推荐复用次数不超过次。

(D)

A5 次

B8 次

C10 次

D20 次

29、将消毒液灌入血液透析器血室和透析液室，至少应有血室容量的消毒液经过血液透析器，以保证消毒液不被水稀释，并能维持原有浓度的 90%

以上。(B)

A2 个

B3 个

C4 个

D5 个

30、开展血液透析治疗的单位必须是经过卫生行政部门批准的医疗机构，并通过该级卫生行政部门定期校验。(B)

A 乡镇及以上

B 县级及以上

C 市级及以上

D 省级及以上

31、透析治疗室、候诊室应为区。(C)

A 清洁区

B 半清洁区

C 污染区

D 以上都不是

32、透析治疗室应当具备电力供应。(B)

A 单路

B 双路

C 完善的

D 以上都不是

33、透析准备室（治疗室）应达到环境的要求。(C)

AI 类

BII 类

CIII 类

DIV 类

34、透析水处理间面积应为水处理装置占地面积的倍以上。(B)

A1.2 倍

B1.5 倍

C1.8 倍

D2 倍

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/047016026030006040>