



中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.13—2013

针灸技术操作规范 第 13 部分：芒针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—
Part 13: Awn needle

2013-12-31 发布

2014-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为以下 22 部分：

- 第 1 部分：艾灸；
- 第 2 部分：头针；
- 第 3 部分：耳针；
- 第 4 部分：三棱针；
- 第 5 部分：拔罐；
- 第 6 部分：穴位注射；
- 第 7 部分：皮肤针；
- 第 8 部分：皮内针；
- 第 9 部分：穴位敷贴；
- 第 10 部分：穴位埋线；
- 第 11 部分：电针；
- 第 12 部分：火针；
- 第 13 部分：芒针；
- 第 14 部分：鍉针；
- 第 15 部分：眼针；
- 第 16 部分：腹针；
- 第 17 部分：鼻针；
- 第 18 部分：口唇针；
- 第 19 部分：腕踝针；
- 第 20 部分：毫针基本刺法；
- 第 21 部分：毫针基本手法；
- 第 22 部分：刮痧。

本部分为 GB/T 21709 的第 13 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由全国针灸标准化技术委员会(SAC/TC 475)归口。

本部分起草单位：天津中医药大学第一附属医院。

本部分主要起草人：杨兆钢、杨铭、牛红月、蔡斐、韩力。

本部分参加起草人：高淑红、于涛、张继庆、杜宇征、吴敬、曹锐、张晓彤、刘涛、王海荣、张旻、聂鹏坤。

针灸技术操作规范

第 13 部分：芒针

1 范围

GB/T 21709 的本部分规定了芒针的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项与禁忌。
本部分适用于芒针技术操作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 15982—1995 医院消毒卫生标准

GB/T 21709.20—2009 针灸技术操作规范 第 20 部分:毫针基本刺法

GB/T 21709.21—2013 针灸技术操作规范 第 21 部分:毫针基本手法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

芒针 awn needle

针灸工具的一种,由古代九针之一的长针演变而来,因针体细长,形如麦芒,故称为芒针。

4 操作步骤与要求

4.1 施术前准备

4.1.1 针具选择

根据病情需要和操作部位选择不同型号芒针。所选择的芒针针体应光滑、无锈蚀,针尖宜端正不偏,光洁度高,尖中带圆,长度在 100 mm~200 mm 之间。(参见附录 A)

4.1.2 部位选择

根据病情选取适当的施术部位。

4.1.3 体位选择

选择医者便于操作、患者舒适的施术体位。

4.1.4 环境要求

注意环境清洁卫生,避免污染。