



中华人民共和国国家标准

GB/T 24166—2009

染料产品中含氯苯酚的测定

Determination of the content of chlorinated phenols in dye products

2009-06-25 发布

2010-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会(SAC/TC 134)归口。

本标准起草单位:沈阳化工研究院、国家染料质量监督检验中心。

本标准主要起草人:季浩、沈日炯、姬兰琴。

染料产品中含氯苯酚的测定

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了染料产品中含氯苯酚(2,3,5,6-四氯苯酚和五氯苯酚)的测定方法。

本标准适用于采用气相色谱法-质量选择检测器(GC-MSD)和采用气相色谱法-电子捕获检测器(GC-ECD)对商品染料、染料制品、染料中间体和纺织印染助剂中含氯苯酚(2,3,5,6-四氯苯酚和五氯苯酚)的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO 3696:1987,MOD)

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 原理

用碳酸钾溶液提取试样中的含氯苯酚,提取液经乙酸酐乙酰化后用正己烷萃取其中的含氯苯酚乙酸酯,而后用气相色谱-质量选择检测器(GC-MSD)和气相色谱法-电子捕获检测器(GC-ECD)对萃取物进行测定,外标法定量。

4 试验方法

4.1 一般规定

除非另有规定,仅使用确认为分析纯的试剂和 GB/T 6682—2008 中规定的三级水。检验结果的判定按 GB/T 8170—2008 中的 4.3.3 修约值比较法进行。

4.2 试剂和溶液

- a) 无水碳酸钾;
- b) 乙酸酐;
- c) 正己烷;
- d) 无水硫酸钠:650 °C 烘干 4 h,取出后置于干燥器中备用;
- e) 碳酸钾溶液:0.1 mol/L 水溶液,称取 13.8 g 无水碳酸钾溶于水中,定容至 1 000 mL;
- f) 硫酸钠溶液:20 g/L;
- g) 附录 A 中含氯苯酚的标准品:含量(质量分数)≥99%。

4.3 含氯苯酚标准溶液的配制

4.3.1 单一储备标准溶液

分别称取附录 A 所列含氯苯酚标准品 0.01 g(精确至 0.000 1 g),用碳酸钾溶液溶解,定容至