



中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.10—2008

针灸技术操作规范 第 10 部分：穴位埋线

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—
Part 10: Thread-embedding therapy

2008-04-23 发布

2008-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为 21 个部分：

- 第 1 部分：艾灸；
- 第 2 部分：头针；
- 第 3 部分：耳针；
- 第 4 部分：三棱针；
- 第 5 部分：拔罐；
- 第 6 部分：穴位注射；
- 第 7 部分：皮肤针；
- 第 8 部分：皮内针；
- 第 9 部分：穴位贴敷；
- 第 10 部分：穴位埋线；
- 第 11 部分：电针；
- 第 12 部分：火针；
- 第 13 部分：芒针；
- 第 14 部分：鍉体；
- 第 15 部分：眼针；
- 第 16 部分：鼻针；
- 第 17 部分：口唇针；
- 第 18 部分：腹针；
- 第 19 部分：腕踝针；
- 第 20 部分：毫针基本刺法；
- 第 21 部分：毫针针刺手法。

本部分为 GB/T 21709 的第 10 部分。

本部分的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 均为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分负责起草单位：解放军总医院针灸科。

本部分参加起草单位：北京中医药大学。

本部分主要起草人：石现、关玲。

本部分参加起草人：刘清国。

针灸技术操作规范

第 10 部分:穴位埋线

1 范围

GB/T 21709 的本部分规定了穴位埋线的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项和禁忌。
本部分适用于穴位埋线技术操作。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 21709 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB 2024 针灸针
GB 15811 一次性使用无菌注射针
GB 15980 一次性使用医疗用品卫生标准
GB 15981 消毒与灭菌效果的评价方法与标准
YY 0043 医用缝合针
YY 1116 可吸收性外科缝线
YY/T 91148 腰椎穿刺针

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 21709 的本部分。

3.1

穴位 **acupoint**

人体脏腑经络之气输注于体表的特殊部位。

3.2

穴位埋线 **thread-embedding applied to a point**

将可吸收性外科缝线置入穴位内,利用线对穴位产生的持续刺激作用以防治疾病的方法。

3.3

线 **thread**

各种型号的可吸收性外科缝线。

3.4

套管针 **trocar**

内有针芯的管形针具。

3.5

埋线针 **thread-embedding needle**

一种针尖底部有一小缺口的专用埋线针具。

4 操作步骤与要求

4.1 施术前准备

4.1.1 工具选择

根据病情需要和操作部位选择不同种类和型号的埋线工具和医用线。其中套管针一般可由一次性