

静脉治疗护理理论考核试题

一、单选题

1. 安尔碘皮肤消毒液在静脉穿刺时，消毒时间至少（ ）？[单选题] *

- A. 15 秒
- B. 30 秒
- C. 1 分钟 ✓
- D. 2 分钟

2. 75% 酒精皮肤消毒液在静脉穿刺时，消毒时间至少（ ）？[单选题] *

- A. 15 秒
- B. 30 秒
- C. 1 分钟 ✓
- D. 2 分钟

3. CVC 留置期间至少每（ ）评估一次导管。[单选题] *

- A. 班 ✓
- B. 天
- C. 8 个小时
- D. 12 个小时

4. 输液港(implantable venous access port, PORT)是完全植入人体内的闭合输液装置，包括尖端位于上腔静脉的导管部分及埋植于皮下的（ ）。[单选题] *

- A. 港体

B. 注射座✓

C.肝素帽

D.无损伤针

5.中线导管 (midline catheter,MC) 从上臂肘部贵要静脉、肘正中静脉、头静脉等穿刺，导管尖端不
到达 () 的导管。 [单选题] *

A. 腋窝水平

B. 肩下部

C. 中心静脉✓

D.锁骨下静脉

6.患者需要用 10u/ml 的肝素盐水封管 CVC 配置时 ,100ml 的生理盐水加入肝素钠原液 (2ml:12500u)
() ? [单选题] *

A.0.1ml

B. 0.16ml✓

C.1ml

D. 1.6ml

7.静脉治疗护理技术操作规范是中华人民共和国卫生健康委员会 2013 年 11 月 14 日发布 () 实施。

[单选题] *

A.2014-05-01✓

B. 2015-05-01

C. 2014-05-12

D. 2015-05-12

8.导管相关性血流感染 (catheter related blood stream infection) 实验室微生物学检查显示:外周

静脉血培养细菌或真菌阳性;或者从()培养出相同种类、相同药敏结果的致病菌。[单选题] *

- A. 导管段
- B. 静脉血
- C. 动脉血
- D. 导管段和外周血✓

9. PVC: 外周静脉导管(peripheral venous catheter)是指() [单选题] *

- A. 一次性静脉输液钢针
- B. 外周静脉留置针
- C. 一次性静脉输液钢针和外周静脉留置针✓
- D. 以上都不是

10. 外周静脉导管、中线导管、中心静脉导管、中线导管、经外周静脉置入中心静脉导管、输液港的英文简称分别是() [单选题] *

- A. PVC、MC、PICC、CVC、PORT
- B. PVC、CVC、MC、PICC、PORT
- C. MC、PVC、CVC、PICC、PORT
- D. PVC、MC、CVC、PICC、PORT✓

11. 消毒时应以穿刺点为中心() 擦拭, 至少消毒两遍或遵循消毒剂使用说明书, 待() 后方可穿刺。

[单选题] *

- A. 轻轻、自然干燥
- B. 轻轻、30 秒
- C. 用力、30 秒
- D. 用力、自然干燥✓

12.实施静脉治疗护理技术操作的医务人员应为注册护士、医师和乡村医生，并应（ ）进行静脉治疗所必需的专业知识及技能培训。[单选题] *

- A.每年
- B.每季度
- C.每月
- D. 定期✓

13. PICC 置管操作应由经过 PICC 专业知识与技能培训、考核合格且有（ ）年及以上临床工作经验的操作者完成。[单选题] *

- A. 5✓
- B. 4
- C. 3
- D.1

14.应对（ ）进行静脉治疗、导管使用及维护等相关知识的教育[单选题] *

- A. 患者
- B. 照顾者
- C. 患者和照顾者✓
- D.护理人员

15.静脉治疗所有操作应执行查对制度并对患者进行（ ）以上方式的身份识别询问（ ）。[单选题] *

- A. 一种、置管史
- B. 一种、过敏史
- C. 两种、置管史
- D. 两种、过敏史✓

16.穿刺针、导管、注射器、输液（血）器及输液附加装置等应（ ），一次性使用的医疗器具不应重复使用。[单选题] *

- A. 一人一用一灭菌✓
- B. 专人专用专消毒
- C. 一人一用一消毒
- D. 专人专用专灭菌

17.易发生血源性病原体职业暴露的高危病区（ ）选用一次性（ ）注射和输液装置[单选题] *

- A.应、普通型
- B. 应、安全型
- C. 宜、普通型
- D. 宜、安全型✓

18.静脉治疗操作前后应执行 WS/T 313 规定，不应以（ ）取代手卫生。[单选题] *

- A. 戴手套✓
- B. 手消毒
- C. 卫生手消毒
- D. 外科手消毒

19.药物外渗（extravasation of drug）是静脉输液过程中，（ ）药液进入静脉管腔以外的周围组织[单选题] *

- A. 非刺激性
- B. 非腐蚀性
- C.刺激性
- D. 腐蚀性✓

20. 置入 PVC 时宜使用 (), 置入 PICC 时宜遵守最大无菌屏障原则[单选题] *

- A. 橡胶手套
- B. 薄膜手套
- C. 清洁手套✓
- D. 无菌手套

21. 穿刺及维护时应选择合格的皮肤消毒剂, 宜选用 2% 葡萄糖酸氯己定乙醇溶液 (年龄 < 2 个月的婴儿慎用)、有效碘浓度不低于 () 的碘伏或 2% 碘酊溶液和 () 酒精。[单选题] *

- A. 0.4%、 55%
- B. 0.45%、 65%
- C. 0.5%、 75%✓
- D. 0.5%、 95%

22. 消毒时应以穿刺点为中心 () 擦拭, 至少消毒两遍或遵循消毒剂使用说明书, () 后方可穿刺。[单选题] *

- A. 轻轻、擦拭干燥
- B. 轻轻、待自然干燥
- C. 用力、擦拭干燥
- D. 用力、待自然干燥✓

23. PVC 穿刺时, 宜选择 () 作为穿刺部位, 避开静脉瓣、关节部位以及有疤痕、炎症、硬结等处的静脉[单选题] *

- A. 上肢静脉✓
- B. 下肢静脉
- C. 手背静脉

D. 上臂静脉

24.置管部位不应接触（ ）等有机溶剂，不宜在穿刺部位使用抗菌油膏。[单选题] *

A. 丙酮、乙醚✓

B. 丙酮、乙醇

C. 乙醚、乙醇

D. 乙醚、丙醇

25.评估穿刺部位皮肤情况和静脉条件，在满足治疗需要的情况下，尽量选择（ ）的导管。[单选题] *

A. 较粗、较短

B. 较细、较长

C. 较细、较短✓

D. 较粗、较长

26.一次性静脉输液钢针宜用于（ ）给药。[单选题] *

A. 短期或单次✓

B. 短期和单次

C. 单次

D. 短期

27.腐蚀性药物（ ）使用一次性静脉输液钢针。[单选题] *

可

能

不宜

不应✓

28.外周静脉留置针宜用于短期静脉输液治疗，不宜用于（ ）等（ ）静脉输注。[单选题] *

A. 腐蚀性药物、一次性

B. 刺激性、一次性

C. 刺激性、持续性

D. 腐蚀性药物、持续性✓

29. () 可用于任何性质的药物输注，不应用于高压注射泵注射造影剂（耐高压导管除外）。[单选题] *

A. PVC、CVC、PORT

B. PICC、PVC、PORT

C. PICC、CVC、PVC

D. PICC、CVC、PORT✓

30. PVC 穿刺时，选择透明或纱布类无菌敷料固定穿刺针，敷料外应注明（ ）。[单选题] *

A. 时间

B. 日期

C. 日期、时间、操作者姓名✓

D. 时间、操作者签名

31. 一次性静脉输液钢针穿刺处的皮肤消毒范围直径应（ ），外周静脉留置针穿刺处的皮肤消毒范围直径应（ ），应待消毒液自然干燥后再进行穿刺[单选题] *

A. $\geq 5\text{cm}$ 、 $\geq 5\text{cm}$

B. $\geq 5\text{cm}$ 、 $\geq 8\text{cm}$ ✓

C. $\geq 8\text{cm}$ 、 $\geq 8\text{cm}$

D. $\geq 5\text{cm}$ 、 $\geq 10\text{cm}$

32. 接受乳房根治术和腋下淋巴结清扫术的患者应选健侧肢体进行穿刺，有血栓史和血管手术史的静脉（ ）留置 PVC。[单选题] *

- A.可
- B.宜
- C.不宜
- D. 不应✓

33.接受乳房根治术或腋下淋巴结清扫的术侧肢体、锁骨下淋巴结肿大或有肿块侧、安装起搏器侧不宜

进行同侧置管,患有上腔静脉压迫综合症的患者 () 留置 PICC[单选题] *

- A.可
- B.宜
- C.不宜✓
- D. 不应

34.有血栓史、血管手术史的静脉 () 留置 PICC;放疗部位不宜留置 PICC。[单选题] *

- A.可
- B.宜
- C.不宜
- D. 不应✓

35.输入/推注刺激性、腐蚀性药物过程中, 应注意观察()情况, 确保导管在静脉内。[单选题] *

- A.皮肤
- B.肿胀
- C. 回血✓
- D.通畅

36.PN 肠外营养 (parenteral nutrition) 宜现用现配, 应在 ()小时内输注完毕。[单选题] *

24✓

36

48

37. PN 肠外营养 (parenteral nutrition) 如需存放, 应置于 () 冰箱内, 并应复温后再输注。 [单选题] *

A. 0°C

B. 2°C

C. 4°C✓

D. 6°C

38. 单独输注脂肪乳剂时, () 应严格遵照药物说明书。 [单选题] *

A. 输注速度

B. 输注时间✓

C. 输注浓度

D. 输注器材

39. 在输注的 PN 中 () 添加任何药物。 [单选题] *

A. 可

B. 宜

C. 不宜

D. 不应✓

40. 输血起始速度宜慢, 应观察 () 分钟无不适后再根据患者病情、年龄及输注血液制品的成分调节滴速。 [单选题] *

A. 10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/416154211112010043>