

超声波医学与技术(主管技师)《综合题库考点》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：下列涎腺混合瘤的超声表现，错误的是（ ）。A. 一侧腺体局限性增大
 B. 腺体内见类圆形低回声肿块，边界清晰
 C. 肿块内部回声以均匀分布低回声最为常见
 D. 彩色多普勒血流显像示肿瘤内血流不丰富，外周有血流绕行
 E. 肿块后方回声无增强，也无衰减
- 2、单项选择题：正常颈总动脉血流频谱曲线具有的特点是：①收缩期有两峰，舒张早期形成第三峰；②收缩期第一峰大于第二峰；③双峰之间有切迹；④心动周期全程基线上有血流频谱（ ）。A. ①②③
 B. ①③
 C. ②④
 D. ①②④
 E. ①②③④
- 3、单项选择题：背向散射回声强度的射频测定在超声造影技术上有什么用途（ ）。A. 用于定量评价超声造影效果
 B. 加速血流速度
 C. 增大血流量
 D. 增强超声造影效果
 E. 消除超声造影的副作用
- 4、单项选择题：肾血管平滑肌脂肪瘤呈（ ）。A. 强回声
 B. 高回声
 C. 等回声
 D. 低回声
 E. 无回声
- 5、单项选择题：防止彩色信号倒错（混叠）的方法是（ ）。A. 用高频超声
 B. 下移零位基线
 C. 低通滤波
 D. 高增益
 E. 低速标尺
- 6、单项选择题：眼疾病可以用超声诊断的有：①视网膜、脉络膜脱离；②眼内出血、异物；③眼内和眶内肿瘤；④眼肌异常（ ）。A. ①②③
 B. ①③

- C. ②④
- D. ①②④
- E. ①②③④

- 7、单项选择题：皮下脂肪组织常呈（ ）。A. 强回声
B. 高回声
C. 等回声
D. 低回声
E. 无回声
- 8、单项选择题：频谱多普勒技术检测主动脉血流时，下列哪项做法无意义（ ）。A. 屏住呼吸
B. 调节滤波
C. 调节速度标尺
D. 调节取样容积大小
E. 超声入射角校正
- 9、单项选择题：下列属于肝外胆管癌的直接征象的是（ ）。A. 肝不同程度增大
B. 肝内外胆管明显扩张
C. 扩张胆管远段壁增厚
D. 胰管扩张
E. 肝门部低回声淋巴结肿大
- 10、单项选择题：经外周静脉左心造影剂的特点是（ ）。A. 微气泡直径比红细胞大
B. 造影剂浓度高
C. 微气泡在血中的饱和度大
D. 微气泡直径比红细胞小
E. 微气泡密度大
- 11、单项选择题：彩色多普勒血流显像的特点哪一项是错误的（ ）。A. 血流方向朝向探头，显示红色
B. 血流方向背离探头，显示蓝色
C. 血流方向朝向或背离探头且流速高显示亮度大
D. 出现紊流为混合色
E. 动脉血流显示为红色
- 12、单项选择题：彩色多普勒成像不可以与哪种超声技术并用（ ）。A. M型超声心动图
B. 伪彩色编码二维超声显像
C. 经颅多普勒（TCD）技术
D. 双功超声仪的连续波多普勒
E. 心腔超声造影
- 13、单项选择题：体表超声检查无法替代膀胱镜检查的是（ ）。A. 发现早期表浅肿瘤
B. 确认肿瘤的形态和数目
C. 确认肿瘤的发生部位
D. 测量肿瘤大小
E. 判断肿瘤的分期
- 14、单项选择题：人体不同部位诊断用超声照射强度规定（ISPTA，美国FDA），下列哪个部位不宜超过20mW/cm²（ ）。A. 心脏
B. 血管
C. 肝脏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578104130067006071>