

CDFI 彩超上岗证《历年彩超上岗题考点巩固》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题:女,26岁,停经一个半月,有时恶心,呕吐。经腹盆腔超声检查发现:子宫纵断时腔内发现一个妊娠囊,横断时发现双孕囊。最可能是以下伪像所致

- A、镜面伪像
- B、侧边折射声影伪像
- C、声速失真伪像
- D、棱像伪像
- E、主声束以外旁瓣伪像

2、单项选择题:超声波产生的原理是

- A、换能器的正压电效应
- B、换能器的逆压电效应
- C、换能器向人体发射微弱的电信号
- D、换能器的热效应
- E、换能器的电磁辐射效应

3、单项选择题:下列液体回声何项描述不妥()

- A、胆汁是无回声
- B、尿液是无回声
- C、血液是无回声
- D、新鲜的出血和新鲜血肿是无回声
- E、发生纤维化钙化的陈旧性血块回声增多

4、单项选择题:关于输尿管结石的诊断,不正确的是:A.患侧常伴有肾绞痛

- B. 结石易出现在输尿管狭窄部
- C. 积水输尿管远端未见强回声团者即除外输尿管结石
- D. 积水的输尿管远端出现结石强回声团
- E. 患侧输尿管出口喷尿减弱或消失

5、单项选择题:瘢痕组织声衰减显著,这是由于

- A、瘢痕属于纤维化,易于钙盐沉着
- B、瘢痕组织内水份减少
- C、瘢痕组织内部界面交错,结构复杂
- D、瘢痕内胶原蛋白含量高
- E、瘢痕组织密度过高

6、单项选择题:数字化彩色多普勒超声仪性能高功能多的关键技术是:A.宽频技术

- B. 变频技术
 - C. 探头阻抗匹配技术
 - D. 信号处理技术
 - E. 数字波束形成及聚焦
- 7、单项选择题：肝肾实质衰减程度属于
- A、高
 - B、中等
 - C、低
 - D、甚低
 - E、极低
- 8、多项选择题：下列不属于速度型（时域法）彩色多普勒成像技术特点的是（选择三项）
- A、表示血流方向
 - B、反映血流速度快慢
 - C、无信号混迭
 - D、不表示血流方向
 - E、不反映血流速度快慢
- 9、单项选择题：下列对三房心(左侧)的二维超声显像所见的叙述,哪一项是错误的:A. 左心房内有一隔膜,左心房被分为两部分
- B. 左心房内的隔膜上有孔,左心房的两腔相互通连
 - C. 肺静脉血只回流到右心房
 - D. 左心房内的隔膜把左心房分为两部分,合并房缺使左心房与右心房交通
 - E. 肺静脉血仍回流到左心房
- 10、多项选择题：彩色多普勒成像与彩阶频谱多普勒的区别是（选择二项）
- A、用不同的多普勒原理
 - B、不反映血流速度快慢
 - C、能对血流成像
 - D、不显示血流多普勒频谱
 - E、表示血流方向
- 11、单项选择题：从使用角度评价彩色多普勒血流显像仪,哪项是质量差的标志:A:空间分辨力速度分辨力动态分辨力均高
- B:检出血流敏感度高
 - C:显示图像均匀性好
 - D:血流彩色信号显示效果佳
 - E:提高灰阶图象增益时,彩色图像质量即下降
- 12、单项选择题：宽带(宽频)探头,丕包括下列含义()
- A、发射很宽的频带,如 2~5MHz 范围
 - B、接收所有频率,即 2~12MHz 回声,包括近远程
 - C、接收所有频率限于中近程,远程只能接收较低频率
 - D、在接收的回声中 | B. 变频探头的变化范围可达多档
 - C. 变频探头的频率精度并不优于中心频率的探头
 - D. 变频能在凸阵线阵探头上实现

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/636034144144010122>