

CDFI 彩超上岗证《历年彩超上岗题考点巩固》考试题

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

| B、微气泡散射的非线性效应

- C、发射超声功率的改变
- D、超声在血中的空化作用
- E、超声聚焦区的变换

4、单项选择题：子宫动脉的正常频谱形态(非妊娠期)是:A. 收缩期尖峰, 舒张期速度减低, 并形成舒张早期切迹

- B. 高速低阻波形
- C. 低速低阻波形
- D. 收缩期双峰, 无舒张早期切迹
- E. 阻力指数(RI)小于 0.4

5、单项选择题：改善超声波指向性的方法不包括()

- A、近场的长度
- B、近场的扩散角
- C、超声频率
- D、增加探头直径
- E、远场的范围

6、单项选择题：对于前列腺癌的描述, 不正确的是 A. 前列腺两侧不对称

- B. 血清 PSA 升高
- C. 形态不规则, 边界不清的低回声结节
- D. 好发于内膜
- E. 以上都不是

7、单项选择题：下列哪一项不是子宫内膜癌声像图表现:A. 子宫增大

- B. 子宫内膜厚度小于 4mm
- C. 子宫内膜呈团块状回声
- D. 宫腔内积液
- E. 子宫内膜不均匀增厚

8、单项选择题：许多彩色血流显像仪均带伪彩功能, 它的作用是:A: 增加彩色血流检出敏感度

- B: 增加彩色血流的信息量
- C: 增加灰阶图象的视觉分辨能力
- D: 能进行定量测量

E:增加低速血流的显示能力

9、单项选择题：在声像图上,正常卵黄囊测值范围为:A. 2mm---5.6mm

B. 10.6mm---11.6mm

C. 12mm---13mm

D. 13mm---14mm

E. 14mm---16mm

10、单项选择题：检测动脉导管未闭患者主动脉向肺动脉的分流血流,下述哪一种方法是错误的:A.彩色多普勒血流显像

B.彩色多普勒血流显像加可通过左心的超声造影

C.二维超声显像

D.频谱多普勒的连续波多普勒

E.以上都不是

11、单项选择题：帧频制约因素不包括

A、脉冲重复频率（PRF）

B、所需观察声像图的宽度

C、所需观察声像图的深度

D、多点聚焦的数目

E、彩色多普勒取样框的大小

12、单项选择题：下列哪种疾病是二维与能量多普勒超声检查颅内病变的最佳适应症:A.脑梗塞

B.脑膜瘤

C.脑动脉瘤

D.脑动静脉畸形

E.脑结核

13、单项选择题：关于输尿管结石的诊断,不正确的是:A.患侧常伴有肾绞痛

B.结石易出现在输尿管狭窄部

C.积水输尿管远端未见强回声团者即除外输尿管结石

D.积水的输尿管远端出现结石强回声团

E.患侧输尿管出口喷尿减弱或消失

14、单项选择题：能引起白瞳症的疾病中,哪种最为常见:A.视网膜母细胞瘤

B.先天性白内障

C.玻璃体脓肿

D.永存原发性玻璃体增生症

E.新生儿视网膜病变

15、单项选择题：检查心血管病如瓣膜狭窄,彩色多普勒血流显像的彩色图(ColorMap)应选择下列什么模式:A.选择低速度标尺的彩色图

B.选择红黄绿三色彩色图

C.用零位基线移动只显示一种彩色的彩色图

D.选择两色彩色图

E.以上都不是

16、单项选择题：数字化彩色多普勒超声仪性能高功能多的关键技术是:A.宽频技术

B.变频技术

C.探头阻抗匹配技术

D. 信号处理技术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656034203144010122>